

Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11A
DK-2765 Smørum
Tlf.: 45 95 04 10
Fax: 45 95 04 12

CVR: DK 5164 9117
Reg.nr. A/S: 176974
Bank: 5020 250998-5

info@buhl-bonsøe.dk
www.buhl-bonsøe.dk

Datablad fugt

EA Scope : Fugt
Rev. : 13.10.2010



Måleudstyr	Målestørrelse	Måleområde	CMC Nedre grænse	CMC Øvre grænse	Arbejdsnormal
Hygrometer	Relativ luftfugtighed	10 %rh - 95 %rh	1,5 %rh	3 %rh	Klimakammer