

Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11A
 DK-2765 Smørum
 Tlf.: 45 95 04 10
 Fax: 45 95 04 12

CVR: DK 5164 9117
 Reg.nr. A/S: 176974
 Bank: 5020 250998-5

info@buhl-bonsoe.dk
 www.buhl-bonsoe.dk

Datablad fugt on-site

EA Scope : Fugt
 Rev. : 13.10.2010



Måleudstyr	Målestørrelse	Måleområde	CMC Nedre grænse	CMC Øvre grænse	Arbejdsnormal	Bemærkning	In Situ
Hygrometer	Relativ luftfugtighed	10 %rh - 95 %rh	1,3 %rh	1,6 %rh	Referencesensor	Fugtkammer	X