

**Buhl & Bønsøe A/S**

Hassellunden 11A  
DK-2765 Smørum  
Tlf.: 45 95 04 10  
Fax: 45 95 04 12

CVR: DK 5164 9117  
Reg.nr. A/S: 176974  
Bank: 5020 250998-5

info@buhl-bonsoe.dk  
www.buhl-bonsoe.dk

## Datablad temperatur

EA Scope : Temperatur  
Rev. : 13.10.2010



Måleudstyr	Målestørrelse	Måleområde	CMC Nedre grænse	CMC Øvre grænse	Arbejdsnormal	Bemærkning
Termometer	Temperatur	-90°C - 450°C	0,056°C	0,3°C	Referencetermometer	Væskebade, tørblok
Termometer	Temperatur	450°C - 490°C	0,2°C	0,2°C	Referencetermometer	Tørblok
Termometer	Temperatur	490°C - 650°C	1°C	1°C	Referencetermometer	Tørblok
Termometer	Temperatur (luft)	-40°C - 180°C	0,23°C	0,23°C	Referencetermometer	Klimakammer
Termometer	Temperatur	-20°C - 80°C	0,44°C	1,3°C	Kavitet	Infrarød måling