

**Buhl & Bønsøe A/S**

Hassellunden 11A  
 DK-2765 Smørum  
 Tlf.: 45 95 04 10  
 Fax: 45 95 04 12

CVR: DK 5164 9117  
 Reg.nr. A/S: 176974  
 Bank: 5020 250998-5

info@buhl-bonsoe.dk  
 www.buhl-bonsoe.dk

## Datablad temperatur on-site

EA Scope : Temperatur  
 Rev. : 13.10.2010



Måleudstyr	Målestørrelse	Måleområde	CMC Nedre grænse	CMC Øvre grænse	Arbejdsnormal	Bemærkning	In Situ
Termometer	Temperatur	-20°C - 80°C	0,44°C	1,3°C	Kavitet	Infrarød måling	X
Termometer	Temperatur	-90°C - 450°C	0,072°C	0,3°C	Referencetermometer	Kalibrering med tørblok	X