

Datablad tryk

 EA Scope : Tryk og Vakuum
 Rev. : 13.10.2010


Måleudstyr	Målestørrelse	Måleområde	CMC Nedre grænse	CMC Øvre grænse	Arbejdsnormal	Bemærkning
Trykmåleudstyr	Tryk	-30 Pa - -30 Pa	0,44 Pa	0,44 Pa	Trykgenerator	Differenstryk
Trykmåleudstyr	Tryk	-2 kPa - 2 kPa	1 Pa	3,4 Pa	Væskesøjle	
Trykmåleudstyr	Tryk	0 Pa - 1600 Pa	1,7 Pa	1,7 Pa	Referencemanometer	Differenstryk
Trykmåleudstyr	Tryk	0 kPa - 35 kPa	6,3 Pa	6,3 Pa	Referencemanometer	Differenstryk
Trykmåleudstyr	Tryk	0 kPa - 10 kPa	9,2 Pa	9,2 Pa	Referencemanometer	Differenstryk
Trykmåleudstyr	Tryk	3 kPa - 5000 kPa	0,03 %	0,13 %	Deadweighttester	
Trykmåleudstyr	Tryk	10 kPa - 100 kPa	33 Pa	96 Pa	Referencemanometer	Differenstryk
Trykmåleudstyr	Tryk	0,1 MPa - 4 MPa	340 Pa	2680 Pa	Referencemanometer	Differenstryk
Trykmåleudstyr	Tryk	0 MPa - 1 MPa	200 Pa	200 Pa	Deadweight tester	
Trykmåleudstyr	Tryk	1 MPa - 12 MPa	200 Pa	2160 Pa	Deadweight tester	