

Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11A
 DK-2765 Smørum
 Tlf.: 45 95 04 10
 Fax: 45 95 04 12

CVR: DK 5164 9117
 Reg.nr. A/S: 176974
 Bank: 5020 250998-5

info@buhl-bonsoe.dk
 www.buhl-bonsoe.dk

Datablad tryk on-site

EA Scope : Tryk og Vakuum
 Rev. : 13.10.2010



Måleudstyr	Målestørrelse	Måleområde	CMC Nedre grænse	CMC Øvre grænse	Arbejdsnormal	Bemærkning	In Situ
Trykmåleudstyr	Tryk	-250 Pa - 25 Pa	0,17 Pa	0,17 Pa	Trykkalibrator	Relativt tryk og differenstræk, luft	X
Trykmåleudstyr	Tryk	-0,1MPa - 2 MPa	0,32 kPa	0,53 kPa	Trykkalibrator	Relativt tryk, luft	X